Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника

ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"

Пресс испытательный ИП-6010-100-1

Пресс лабораторный испытательный гидравлический ИП-6010-100-1 предназна-чен для статических испытаний на сжатие стандартных образцов бетонов по ГОСТ 10180, кирпича и других строительных материалов. Данная машина оснащена торсионным силоизмерителем.

Технические характеристики

• Наибольшая предельная нагрузка 1000 кН
• Диапазоны измерения нагрузки:
20...200 кН
50...500 кН
100...1000 кН
• Цена единицы наименьшего разряда по диапазонам 0,4; 1; 2 кН
• Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки ±1%
• Пределы допускаемой погрешности поддержания скорости нагружения начиная с 0,2 наибольшей предельной нагрузки пресса до разрушающей нагрузки образца ±20%
• Высота рабочего пространства 500 мм.
• Ширина рабочего пространства 390 мм.
• Ход поршня рабочего цилиндра 100 мм.
• Наибольшая скорость перемещения поршня рабочего цилиндра вверх без нагрузки 130 мм/мин.
• Размер опорных плит 320 х 320 мм.
• Диапазон скоростей нагружения от 1 до 100 кН/с.
• Емкость масляного бака 120 л.
• Габаритные размеры, не более 1500 х 720 х 1860 мм.
• Параметры питания 380 В, 50 Гц.
• Потребляемая мощность, не более 2,9 кВт.
• Масса, не более 1600 кг.

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адресса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua