



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



Установка ИИРТ-АМ

Установка ИИРТ-АМ (в дальнейшем по тексту - установка) предназначена для определения показателя текучести расплава термопластов (ПТР) в соответствии с требованиями ГОСТ 11645-73.

Установка является лабораторной, стационарной периодического действия и может быть использована в научно-исследовательских институтах и на предприятиях, занимающихся испытанием, исследованием и переработкой термопластических металлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих температур	50 ÷ 400 °С.
2. Дискретность задания температуры в термостате.	50 ÷ 400 °С.
3. Погрешность задания температуры в термостате в диапазоне составляет ±1 К (°С).	50 ÷ 400 °С
4. Точность поддержания температуры в термостате в диапазоне составляет ± 0,2 К (°С).	50 ÷ 400 °С
5. Напряжение питания переменного тока.	220 ±22 В
6. Диапазон задаваемых интервалов времени	5÷240 с
7. Количество циклов преобразований	до 10

Комплект поставки

1.	Блок измерений: 1.1. датчик; 1.2. термостат; 1.3. индикатор.
2.	Блок управления: 2.1. стабилизатор напряжения; 2.2. регулятор напряжения; 2.3. устройство управления.
3.	Комплект инструмента и принадлежностей.
4.	Набор грузов: 1.2 кг, 2.16 кг, 3.8 кг, 5.0 кг, 10.0 кг, 12.5 кг, 21.6 кг (на выбор по Т.З.)

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua