



Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



Установка ИИРТ

Установка ИИРТ предназначена для определения показателя текучести расплава термопластов (ПТР) в соответствии с требованиями ГОСТ 11645-73, а также термостабильности (ТС) полимеров, т.е. показатель характеризующий изменение вязкостных свойств материала во времени под действием температуры и давления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон рабочих температур	от 50 до 400 °С.
2. Дискретность задания температуры в термостате.	0,1 °С
3. Погрешность задания температуры в термостате в диапазоне составляет ± 1 °С.	от 50 до 400 °С
4. Точность поддержания температуры в термостате в диапазоне составляет $\pm 0,2$ °С.	от 50 до 400 °С
5. Напряжение питания переменного тока.	В 220 $\pm$ 10

Комплект поставки

1	Блок измерений 1.1 датчик; 1.2 термостат; 1.3 индикатор.
2	Блок электроники: 2.1 стабилизатор напряжения; 2.2 регулятор напряжения. 2.3 устройство управления;
3	Комплект инструмента и принадлежностей.
4.	Набор грузов: 1.2 кг, 2.16 кг, 3.8 кг, 5.0 кг, 10.0 кг, 12.5 кг, 21.6 кг (на выбор по Т.З)

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua