



Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника

ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



Прибор НГ-2-1

I. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для испытания на перегиб круглой проволоки из черных и цветных металлов и их сплавов диаметром от 0,3 до 10 мм, а также фасонной проволоки с соответствующими этим диаметрам площадями поперечных сечений по ГОСТу 1579—93 (ИСО 7801-84).

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Размеры образцов, мм:

а) круглая проволока (диаметр)	0,3 ÷ 10
б) фасонная проволока (по диаметру описанной окружности)	0,3 ÷ 10
в) полосовой и листовой материал (толщина)	0,5 ÷ 3
(ширина образца должна быть равной 20^{-5} мм; при ширине полосы или ленты менее 20 мм ширина образца должна быть равной ширине материала в состоянии поставки)	
Длина образца, мм	100 ÷ 150
Расстояние от верхней образующей валиков до нижней кромки поводка, мм	154 ÷ 35
Угол отклонения рычага от вертикали вправо и влево, град	90 ÷ 3
Усилие предварительного натяжения образца, кгс	2 ÷ 6

Габаритные размеры, мм:

длина	285
ширина	190
высота	480
Общий вес, включая принадлежности и футляр, кг	21,5