



Лабораторне обладнання

Реалізація

Ремонт

Модернізація

Виготовлення обладнання за ТЗ замовника



**ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"**



**МИКРОСКОП МИК-1**



	4x	2x
Діапазон вимірювання, мм	0 - 3,5	0 - 7
Поле зору, не менше	4,5	9,0
Увеличення з об'єктивами 2x і 4x	50x	25x
Ціна ділення шкали сітки, мм	0,02	0,04
Предел допустимой абсолютной погрешности в диапазоне:		
0 - 15 мм (на любом интервале)	0,006	
0 - 3 мм (на любом интервале)	0,012	
0 - 3,5 мм	0,02	
0 - 2 мм (на любом интервале)		0,01
0 - 7 мм		0,02
Диоптрийное перемещение окуляра	4	4
Мертвый ход установочного кольца в рабочем положении, мм, не более	1,2	1,2
Боковое смещение точки наводки, мм, не более	0,04	0,04
Габаритные размеры, мм, не более без принадлежностей	0,5	0,5
с принадлежностями	1,5	1,5
Масса микроскопа, кг, не более	220x76x45	220x76x45

Тел./факс: (05236) 7-15-00,  
7-08-81, 7-08-83.  
Адреса: 27507,  
Кіровоградська обл.,  
м.Світловодськ,  
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua  
info@asma-pribor.ru  
http://www.asma-pribor.ru  
www.asma-pribor.com  
www.asma.com.ua